

Skift af forbindelse ved PICC-Line-kateter

SÅDAN GØR DU

Anvend steril eller non-touch-teknik, når du skal skifte forbindingen.



Du skal bruge:

- 3 x 10 ml saltvand
- Rene handsker
- Sterile handsker
- Sterilt afdækningsstykke
- Pincet
- 2 stykker steril gaze 5 x 5
- Statlock
- Desinficerende vådserviet eller foliebakke med sterile gazestykker og klorhexidinsprit 5 mg/ml
- Affaldspose.

Pak de sterile ting ud, og læg dem på det sterile afdækningsstykke.



- Vask eller desinficér dine hænder.
- Tag usterile handsker på.
- Tag forbindingen af nede fra uden at trække i kateteret.
- Brug strækteknik som på billedet til at løsne det gennemsigtige plaster.



- Observér indstiksstedet og huden.
- Åbn statlock-låsen og tag forsigtigt kateteret ud.



- Læg kateteret ud til siden.
- Fjern statlock-pladen, brug eventuelt lidt sprit til at løsne limen med.
- Vær opmærksom på, om der er hævelse, rødme, ømhed og eventuelt sekretion ved indstiksstedet.




- Desinficér dine hænder og tag sterile handsker på, eller brug non-touch-teknik.
- Vask området omkring indstiksstedet. Begynd indefra.
- Lad huden tørre.



- Vask huden med klorhexidin, der hvor statlock-pladen har siddet og et stykke uden om.
- Lad huden tørre.
- Smør huden med skinprep, der hvor statlock-pladen skal sidde.
- Lad det tørre.




- Åbn statlock-låsen, mens huden tørrer, og sæt vingerne på kateteret ned over de små tapper.
- Sæt statlockpladen fast på huden én side ad gangen.
- Luk låsen ved at klikke siderne ned over vingerne.
- OBS: det er vigtigt, at du sætter PICC-Line i vingerne, før du fæster statlock på huden.



- Læg eventuelt et tyndt lag gaze over statlock, da det ellers er svært at fjerne det gennemsigtige plaster, når det skal skiftes, uden at rykke i kateteret.



- Sæt det gennemsigtige plaster over forbindingen, så indstiksstedet er synligt gennem plasteret.
- Stræk armen, mens du sætter plasteret på.
- Undgå at stramme plasteret, da det kan give ubehag i armen,



- Husk at føre alle observationer om kateteret i plejejournalen.



- Afsprit membranprop og indgang.
- Sikr, at klemmen er lukket.



- Sæt en ny prop på.
- Tjek, at der er tilbageløb, og skyl efter med 10 ml natriumklorid.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Lungemedicinsk Sengeafsnit 204B
Tlf. 97 64 08 68